

附件 1

1、利器盒技术参数

1	利器盒整体为硬质材料制成，需采用全新聚丙烯塑料（pp），不含 PVC，产品需安全、无毒、耐穿刺，不渗漏，易于高温焚烧，封闭后无法在不破坏的情况下打开
2	颜色：淡黄色
3	利器盒侧面明显处有警示标志，并有警告语：“警告！损伤性废物”，高度最小 2.5cm。同时利器盒盒身提供标签，标注：开、封时间、使用单位及部门、责任人
4	警示标志和警告语的印刷质量要求：油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于 1mm
5	投标人所供利器盒须符合中华人民共和国环境保护行业执行标准 HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的要求，并具有国家认可的第三方检测机构出具的符合 HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》要求的《利器盒检验报告》
6	满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况

2、医用垃圾桶技术参数

1	医用垃圾桶整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒。整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。
2	整体为淡黄，颜色应符合 GB/T3181 中 Y06 的要求。箱体侧面或桶身明显处应印(喷)制警示标志和警告语
3	表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺。
4	医疗废物警示标志的形式为直角菱形，菱形边框为黑色，中英文文字。如 Infectious medical waste 警告!Warning!感染性废物
5	材质：采用全新聚丙烯塑(PP)，不含 PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏 (注：产品重量均已达到《医疗废物专用包装容器产品标准》规定的重量)

3. 医疗包装袋技术参数

1	包装袋采用全新聚丙烯塑(PP)，不含 PVC，具有方便、安全、无毒、不渗漏、易于高温焚烧。不得使用聚氯乙烯(PVC)塑料为制造原料
2	医疗包装袋整体为全新聚丙烯塑(PP)材料制成，拉升强度、漏水性、跌落性能、热和强度均符合 GB/T6040—2002《红外光谱分析方法同泽》，国家环境保护总局/卫生部发布 HJ421—2008《医疗废物专用包装袋、安全盒警示标示标准》
3	包装袋整体颜色应符合 GB/T3181 的要求。医疗包装袋侧面明显处应印制警示标志,警告语为“警告!损伤性废物”
4	医疗废物警示标志的形式为直角菱形，菱形边框为黑色，中英文字