

景洪市第一人民医院

关于开展高端螺旋 CT、移动式 C 形臂 X 射线机、高压氧舱（8 人舱）、射频消融治疗仪 4 台设备征询会的公告

景洪市第一人民医院计划就高端螺旋 CT、移动式 C 形臂 X 射线机、高压氧舱（8 人舱）、射频消融治疗仪共 4 台设备组织生产厂家产品征询会，现邀请具备独立法人资格且有能力完成本项目的生产厂商参与。

一、征询会报名时限及方式：报名时间为 2026 年 8 月 27 日至 9 月 2 日 12:00，意向厂商可前往医学装备科现场报名或通过邮箱提交报名材料（报名地址：景洪市第一人民医院南院区 3 号楼医学装备科；报名邮箱：1762707880@qq.com）。

二、征询会举办时间、地点：

1.高端螺旋 CT、移动式 C 形臂 X 射线机征询会召开时间为：2026 年 9 月 3 日（星期四）15:00 至 18:00，于景洪市第一人民医院行政 5 楼会议室召开。

2.高压氧舱（8 人舱）、射频消融治疗仪征询会召开时间为：2026 年 9 月 4 日（星期五）08:30 至 12:00，于景洪市第一人民医院行政 5 楼会议室召开。高压氧舱现场踏勘时间定于：2026 年 9 月 1 日（星期二）08:00 至 18:00，联系电话：陶主任 18206925020。

三、征询会需求：

序号	设备名称	功能需求
1	高端螺旋 CT	1. 用于放射影像科使用，包括 256 排及以上 CT 或双源 CT； 2. 主机及附属配置均符合国家标准并适配合适（包括高压注射器、后处理工作站、信息图像传送通道位于两通道以上）； 3. 满足急性卒中检查需求（包括脑血管卒中，心脏冠状动脉成像，检查图像及结果不受或较少受外力影响）； 4. 各种血管检查一站式成像，操作简单； 5. 满足颅脑灌注及各种脏器及肿瘤灌注检查。
2	移动式 C 形臂 X 射线机	1. 用于骨科术中透视； 2. C 臂多角度旋转； 3. 一体机使用方便灵活，整机可移动；
3	高压氧舱（8 人舱）	1.8 人多人空气加压氧舱，可同时开展多人同步治疗； 2. 主要用于脑卒中后遗症、脑外伤、

		周围神经损伤等神经康复，以及慢性缺血性疼痛、组织创面修复、缺氧性神经损伤康复治疗，贴合科室核心业务； 3. 压力控制系统精准平稳，配备应急供氧、泄压、双向通讯及多重安全报警装置，保障多人同步治疗安全； 4. 具备氧浓度、舱内环境、治疗参数实时监测功能，支持参数预设自动运行； 5. 舱内降噪舒适设计，适配住院患者高频次、长周期的高压氧康复治疗需求。
4	射频消融治疗仪	1. 设备至少为四通道射频输出，可独立或同步开展多靶点治疗，可开展椎间盘射频消融术，诊疗项目符合医保收费目录，适配颈肩腰腿痛、椎间盘突出、外周神经卡压、三叉神经痛等慢性疼痛及神经康复业务； 2. 具备连续射频、脉冲射频双模式，可精准调节功率、温度、作用时长，针对椎间盘髓核消融、神经调控修复

		实施差异化治疗； 3. 需要具有阻抗监测、神经电生理刺激定位功能，可以精准锁定椎间盘及外周神经靶点； 4. 需要支持治疗方案预设存储，可视化操作； 5. 需要具备过热、过载、漏电多重安全防护与异常报警，治疗数据可存储导出，可以对接医院 HIS、康复病历系统，实现医保结算、术后随访及疗效评估等功能； 6. 设备移动灵活，可在治疗室、病房多场景使用。
--	--	---

四、征询流程：1. 报名阶段，需向指定邮箱提交电子版报名表及相关报名材料；征询会现场需提交纸质材料一份。

2. 各厂家按抽签确定的顺序，以 PPT 形式对所征询设备进行介绍，介绍时长不超过 15 分钟，答疑环节为 5 分钟，介绍完毕后厂家离场。

五、推介方需提交的报名材料（包括但不限于）：

1. 企业法人营业执照、生产许可证、产品注册证
2. 参加推介人员的授权委托书
3. 汇报 PPT

4. 产品技术参数及配置清单

5. 报名登记表

上述材料的电子版应在报名时发送至指定邮箱，纸质版需在征询会现场提交。

六、其他事项：

1. 推介方提供的所有材料必须真实、客观、有效，并对材料内容承担相应责任。

2. 本次征询会旨在医院设备配置前收集市场产品信息，不与任何招标采购等行为相关联。

3. 医院将对推介方提交的材料予以保密，同时对所有材料拥有绝对处置权且不予退回，医院对本项目拥有最终解释权。

4. 如对本次征询会有咨询或疑问，可拨打以下电话：医学装备科 0691-2220860，纪检监察室 0691-2211800。

附件：报名登记表

